



## ООО ПК «ТЭКСИ»

119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 18,  
помещение 4/1.  
тел. /ф. (495) 661-95-27 (многоканальный)  
E-mail: [info@pk-teksi.ru](mailto:info@pk-teksi.ru)  
ИНН: 7729444783, КПП: 772901001

Коммерческому директору

АО «Альфа-Медика»

Ю.И. Дворянову

«26» ноября 2025 г. № 318/25

на исх. № 406 от 07.11.2025 г.

Уважаемый Юрий Иванович!

ООО ПК «ТЭКСИ» провело первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса моделей А-23, PRO-30, PRO-33, MED-55, PRO-39, изготавливаемых фирмами «B.Well Swiss AG», Швейцария и «Globalcare Medical Technology Co., Ltd», Китай (регистрационный номер в ФИФОЕИ № 71339-18), и приборов для измерения артериального давления моделей MED-63, MED-61, изготавливаемых фирмами «B.Well Swiss AG», Швейцария, «Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd.», Китай, «Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd.», Китай (регистрационный номер в ФИФОЕИ № 73701-18) с серийными номерами средств измерений, указанными в приложении № 1 к настоящему письму, в соответствии с документом на поверку Рекомендации по метрологии Р 1323565.2.001-2018 «ГСИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные. Сведения о результатах поверки средств измерений опубликованы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в соответствии с п.21 Порядка проведения поверки средств измерений, приведённом в Приложении 1 к приказу Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений на 1 листе.

Генеральный директор



А.О. Чубко

## Перечень средств измерений

Модификация тонометров	Количество, шт.	Количество в выборке, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Поверка действительна по
A-23	2 000	125	522400001... 522402000	12.11.2025 г.	11.11.2027 г.
PRO-30	1 500	125	082500001... 082501500	13.11.2025 г.	12.11.2027 г.
PRO-33	1 980	125	082557481... 082559460	14.11.2025 г.	13.11.2027 г.
MED-55	5 000	200	292500001... 292505000	17.11.2025 г.	16.11.2027 г.
PRO-33	1 000	80	302510381... 302511380	18.11.2025 г.	17.11.2027 г.
PRO-33	13 500	315	302511381... 302524880	19.11.2025 г.	18.11.2027 г.
PRO-39	8 000	200	302500001... 302508000	21.11.2025 г.	20.11.2027 г.
MED-63	3 450	200	032519861... 032523310	24.11.2025 г.	23.11.2027 г.
MED-61	900	80	052500001... 052500900	25.11.2025 г.	24.11.2027 г.

Главный метролог ООО ПК «ТЭКСИ



О.П. Серебряков