

✓ 2022-10-71
от 30.04.2020

По требованию


ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 29.04.2020 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления MED-61, MED-62 (регистрационный номер № 73701-18) с серийными номерами, указанными в приложение № 1 к письму) в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии
ФГУП «ВНИИМС»



Н.В. Иванникова


Исп. Николаева Е.В.
8(495) 781 84 26

Handwritten signature in the bottom right corner.

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модифика ция	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельств о поверке
Приборы для измерения артериального давления	MED-61	012000001- 012001020	29.04.2020	28.04.2022
Приборы для измерения артериального давления	MED-62	091900001- 091912000	29.04.2020	28.04.2022

Заместитель директора
по производственной метрологии
ФГУП «ВНИИМС»



Н.В. Иванникова

Начальник отдела
ФГУП «ВНИИМС»

Е.А. Ненашева