



ООО ПК «ТЭКСИ»

119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 18,
помещение 4/1.
тел. /ф. (495) 661-95-27 (многоканальный)
E-mail: info@pk-teksi.ru
ИНН: 7729444783, КПП: 772901001

«07» октября 2025 г. № 283/25

на исх. № _____ - от _____, 20__ г.

Коммерческому директору

АО «Альфа-Медика»

Ю.И. Дворянову

Уважаемый Юрий Иванович!

ООО ПК «ТЭКСИ» провело первичную поверку термометров медицинских электронных модели PRO-05, изготовленных компанией «B.Well Swiss AG», Швейцария (регистрационный номер в ФИФОЕИ № 86656-22), с серийными номерами термометров, указанными в приложении № 1 к настоящему письму, в соответствии с документом на поверку МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские контактные цифровые. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные. Сведения о результатах поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с п.21 Порядка проведения поверки средств измерений, приведённом в Приложении 1 к приказу Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений на 1 листе.

Генеральный директор

А.О. Чубко

Приложение №1
к письму № 262/25 от 07.10.2025 г.

Перечень средств измерений

Модификация термометров	Количество, шт.	Количество в выборке, шт.	Заводские номера	Дата поверки	Поверка действительна по
PRO-05	79 776	200	0125000001...0125079776	07.10.2025 г.	06.10.2027 г.

Главный метролог ООО ПК «ТЭКСИ



О.П. Серебряков